

의료기기 재평가 결과

- 업체명 : 비브라운코리아(주)
- 품목명 및 허가번호 : 일회용발조절식전기수술기용전극,
수허 11-947 호

[사용시 주의사항]

기 허가 내용	재평가 내용
1.~18.(생략)	1.~18.(현행과 같음)
<u>19.<신설></u>	<u>19. grasping forcep 의 팁이 직접 접촉이 될 때, 전원이 합선되므로 응고가 일어나지 않는다.</u>
<u>20.<신설></u>	<u>20. 제품은 Aesculap flat connector 와 연결되어야 한다.</u>